

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG**

Số: /GP-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lâm Đồng, ngày tháng 10 năm 2024

**GIẤY PHÉP**

**Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 03/6/2008;*

*Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;*

*Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;*

*Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành;*

*Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;*

*Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và thay thế quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;*

*Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên ngày 04/10/2024 và đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số /TTr-SKHCN ngày /10/2024.*

**CHO PHÉP**

**Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên**

**Địa chỉ:** Tổ 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

**Điện thoại:** 0263 3884 053.

**Được phép:** Sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế dùng để chụp răng có các đặc trưng như trang 4 của Giấy phép.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật và các điều kiện của Giấy phép.

Giấy phép này có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ban hành./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&CN, YT;
- Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên;
- Lưu: VT, VX<sub>1</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Phúc**

**CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP**

(Kèm theo Giấy phép số     /GP-UBND ngày     tháng 10 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Chỉ được phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn trước khi Giấy phép hết hạn **ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày**.
3. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho tổ chức, cá nhân khác phải báo cáo cho UBND tỉnh Lâm Đồng.
4. Không được sử dụng thiết bị bức xạ tại địa điểm khác với quy định trong Giấy phép này.
5. Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với bộ hồ sơ đề nghị cấp phép, cơ sở phải thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh Lâm Đồng để cập nhật.
6. Nếu dự định không tiếp tục sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế phải báo cáo với UBND tỉnh Lâm Đồng.
7. Định kỳ, trước ngày 30/11 hàng năm, cơ sở phải lập và gửi Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở về Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng.
8. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan:

**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ: Tầng 9 - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng,

Số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.833.161.

**CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO GIẤY PHÉP**

*(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng 10 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)*

| STT | Tên thiết bị               | Mã hiệu số Series     | Hãng SX, Nơi SX Năm SX     | Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/mAs max | Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng, sử dụng cố định hay di động                                                                                                                                 | Các bộ phận của thiết bị |                            |         |              |
|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|--------------|
|     |                            |                       |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                 | Tên bộ phận              | Hãng/ Nước sản xuất        | Mã hiệu | Số series    |
| 1   | Thiết bị X-quang chụp răng | XR-01<br>U00056/80884 | Rolence Enterprice/ Taiwan | - kV max: 60<br>- mA max: 2                      | <b>- Mục đích sử dụng:</b> chụp răng<br><b>- Địa điểm sử dụng:</b> Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên<br>Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng<br><b>- Sử dụng di động</b> | Bàn điều khiển           | Rolence Enterprice/ Taiwan | XR-01   | U00056/80884 |
|     |                            |                       |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                 | Đầu bóng phát tia        | Rolence Enterprice/ Taiwan | XR-01   | U00056/80884 |