

GIẤY PHÉP

Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Hộ kinh doanh Lê Thanh Nhuận ngày 27/8/2024 và đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số /TTr-SKHCN ngày /9/2024.

CHO PHÉP

Hộ kinh doanh Lê Thanh Nhuận

Địa chỉ: Số 29 (5Bis cũ), đường Hải Thượng, Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0919 179 379.

Được phép: Sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế dùng để chụp răng toàn cảnh có các đặc trưng như trang 3 của Giấy phép.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật và các điều kiện của Giấy phép.

Giấy phép này có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHCN, YT;
- Hộ kinh doanh Lê Thanh Nhuận;
- Lưu: VT, VX₁.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng 9 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Chỉ được phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn trước khi Giấy phép hết hạn **ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày**.
3. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho tổ chức, cá nhân khác phải báo cáo cho UBND tỉnh Lâm Đồng.
4. Không được sử dụng thiết bị bức xạ tại địa điểm khác với quy định trong Giấy phép này.
5. Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với bộ hồ sơ đề nghị cấp phép, cơ sở phải thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh Lâm Đồng để cập nhật.
6. Nếu dự định không tiếp tục sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế phải báo cáo với UBND tỉnh Lâm Đồng.
7. Định kỳ, trước ngày 30/11 hàng năm, cơ sở phải lập và gửi Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở về Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng.
8. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng,

Số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.833.161.

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO GIẤY PHÉP

*(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng 9 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)*

STT	Tên thiết bị	Mã hiệu số Series	Hãng SX, Nơi SX Năm SX	Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/mAs max	Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng, sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng/ Nước sản xuất	Mã hiệu	Số series
1	Thiết bị X-quang chụp răng toàn cảnh	DP-1G PBTMOTR0322	Genoray Co.,Ltd/ Hàn Quốc 2020	- kV max: 90 - mA max: 12	- Mục đích sử dụng: chụp răng toàn cảnh - Địa điểm sử dụng: Hộ kinh doanh Lê Thanh Nhuận Địa chỉ: Số 29 (5 Bis cũ), đường Hải Thượng, Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Sử dụng cố định	Bàn điều khiển	Genoray Co.,Ltd/ Hàn Quốc	DP-1G	PBTMOTR0322
						Đầu bóng phát tia	Canon/ Nhật Bản	D-054SB	9M94162